

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE 1012064
FECHA

VATIMETRO DIGITAL

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	(*)		
2	Fabricante	(*)		
3	Modelo	(*)		
4	País de origen	(*)		
5	Normas		CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1, UL 61010-1, DIN EN61010-1, DIN EN61326-1, DIN EN61011		
6	Especificaciones técnicas				
6.1	Ancho de banda analogico	kHz	DC a 100		
6.2	Precision de frecuencia	%	0.1		
6.3	Convertidor de resolucion A/D Voltaje y Corriente	bit	16		
6.4	Precision basica		5 digitos, 10 actualizaciones		
6.5	Frecuencia de muestreo	kHz	500		
6.6	Impedancia de entrada	MΩ	2		
6.7	Fuentes de sincronizacion PLL		U, I, externo		
7	Filtros				
7.1	Filtro de señal analogica	kHz	1		
7.2	Filtro digital (Depende de la frecuencia de medida)		adaptativo		
7.3	Filtros de frecuencia (Independiente del filtro de señal analogica)	Hz	500		
7.4	Entrada / Salida adicionales	BNC	BNC, panel, trasero		
7.5	Entrada analogica	V	± 10 (pico U)		
7.6	Precisión de entrada analógica	%	0.5 (de la lectura)		
7.7	Salida analogica	V	± 5 (pico U)		
8	Entrada digital				
8.1	Límites (PASS / FAIL), Ancho de banda	kHz	100		
8.2	PWM	kHz	1		
8.3	Estado	Hz	≤ 10		
9	Umbral de señal				
9.1	Cero logico	V	0 a 2		
9.2	Uno logico	V	3 a 24		
9.3	Salida Digital	V	5, TTL		
9.4	Pantalla	cm	8.9 TFT (color)		
9.5	Resolucion	pixel	320 x 240 (QVGA)		
9.6	Voltaje de alimentacion AC	V	100 a 115 /230		
9.7	Frecuencia	Hz	50 / 60		
9.8	Rango de consumo de energia	W	15 a 35		
9.9	Rango de temperatura de almacenamiento	°C	(-20 a 60)		
10	Tensión de modo común	Vrms	CATII, 600		
11	Dimensiones	mm /(Pulg)	(*)		
12	Peso	kg	(*)		
13	Embalaje	Si		
14	Certificación ISO 9000 o similar	Si		

(*) Indicar por oferente

Fecha de actualización: 21/02/17

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

Sello

COMENTARIOS:

- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.