

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

11 de Junio de 2019

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. (1)

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

EDENORTE-CCC-LPN-2019-0013
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDAS PARA EDENORTE 2019,
PRIMERA CONVOCATORIA

1) informamos que el multímetro que solicitan está descontinuado.

Favor ver mas abajo Link que avala esta informacion y que contiene el voltmetro de reemplazo.(SUSTITUTO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PARA EL FLUKE-337)

<https://www.voltimum.es/novedades-producto/fluke-presenta-familia-pinzas>

Pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor eficaz Fluke 376 con tecnología iFlex. Con la nueva pinza amperimétrica Fluke 376, los usuarios podrán enfrentarse a la medida más desafiante. Diseñada para los entornos industriales más exigentes, mide la corriente hasta un valor de 2.500 A de CA y un valor 1.000 A de CC.

Además, puede solucionar los problemas de incluso los motores y los variadores más ruidosos. Con las medidas de corriente y tensión de CA de verdadero valor eficaz, los valores mínimo, máximo y promedio y el registro de la corriente de entrada, el sistema Fluke 376 puede leer hasta los 1.000 V y los 1.000 A tanto en el modo CA como en CC.

El sistema Fluke 376 incluye la nueva sonda de corriente flexible iFlex. Este sistema constituye el sustituto directo del sistema Fluke 337

Respuestas: Puede participar.



Alejandro Toribio
Gerente de Compras