



Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
15 de febrero del 2023

Señores
TDP DOMINICANA, S.R.L.
Santo Domingo, D.N.

Distinguidos señores:

En virtud del proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL** correspondiente a la **EDENORTE-CCC-LPN-2022-0017** para la **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PRIMERA CONVOCATORIA**, mediante la presente comunicación tenemos a bien informarles que su oferta cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de credenciales y en las especificaciones técnicas para todos o algunos de los ítems ofertados, conforme se visualiza a continuación:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA REQUERIDO (DÍAS CALENDARIOS)	PRESENTACIÓN TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO (DÍAS CALENDARIOS)	RESULTADO	OBSERVACIÓN
121	2016552	MEGOHMETRO 5 KV CC	FLUKE	30	7	NO CUMPLE	FICHA PRESENTADA NO INDICA VALORES PARA LOS ÍTEMS 10 (TIEMPO DE CARGA DE LA BATERIA) Y 10.1 (DURACION DE LA BATERIA). FICHA PRESENTADA NO CUMPLE CON LOS ÍTEMS 10.2 (TIPO DE BATERIA), 11 (INTERVALO DE RESISTENCIA), 11.3 (INTERVALO DE CAPACITANCIA), 12 (INTERVALO DE CORRIENTE) Y 14.1 (PUERTO USB). OFERTADO EN FICHA TECNICA ES 85-250, PLOMO, 250 KILO OHMIOS A 1 TERA OHMIO, 0.01 MICROFARADIO A 15 MICROFARADIOS, 1 NANO AMPERIO A 2 MILI AMPERIOS, NO POSEE PUERTO USB Y LO REQUERIDO ES 90-264, LITIO, 10 KILO OHMIOS A 15 TERA OHMIO, 10 MICROFARADIO A 25 MICROFARADIOS, 0.01 NANO AMPERIO A 6 MILI AMPERIOS, DEBE POSEE PUERTO USB
119	2015175	PATRÓN PORTÁTIL CL 0.1 PARA VERIF D MED	ZERA GmbH	90	No incluido	CUMPLE	

En virtud de lo anterior, les notificamos que se dará lectura a las ofertas económicas (Sobre B) de los oferentes que quedaron habilitados en el proceso de evaluación técnica, que será realizado el **día viernes diecisiete (17) del mes de febrero del 2023 a las 10:00 a.m.**, en el salón de reuniones del Edificio Administrativo de Edenorte Dominicana, S.A.

Saluda atentamente a ustedes,



Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Edenorte Dominicana, S.A.