

**FICHA DE DATOS GARANTIZADOS
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS**



Norma	
Edenorte	1012002
Edeeste	
Edesur	

AGITADOR/VIBRADOR DE CICLO P/MEDIDORES

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Fabricante	(*)			
2	Modelo	(*)			
3	País de origen	(*)			
4	Norma de fabricación y ensayos	(*)			
5	Garantía Mínima	Años	2			
6	Fuente de Alimentación					
6.1	Tensión de alimentación	V	120 ~ 240			
6.2	Frecuencia	HZ	47 ~ 63			
7	Características constructivas					
7.1	Condición de uso	Interior			
7.2	Régimen	Semicontínuo			
7.3	Ancho	mm	400; (+/- 10%)			
7.4	Largo	mm	500; (+/- 10%)			
7.5	Temperatura de operación	°C	- 95 a 80º			
7.6	Pantalla	LCD			
7.7	Material de bandeja	Acero Inoxidable			
7.8	Velocidad de agitación	RPM	40 a 400			
7.9	Temporizador	min	0 a 99			
7.1	Carga mínima	kg	5; (+/- 10%)			
7.11	Dispositivos para fijación en la bandeja	SI			
7.12	Altura máxima de elemento a fijación	mm	280; (+/- 10%)			

(*) A Indicar por el Oferente

.....
Fecha de la oferta

.....
Nombre y firma del oferente

.....
sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y