

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS
DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD MATERIALES Y PROCESOS



Norma	
Edenorte	1012526
Edeeste	
Edesur	

SISTEMA DE CIERRE VELCRO

ITEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN	RESULTADO
1	Fabricante	(*)			
2	Modelo	(*)			
3	País de origen	(*)			
4	Norma de fabricación y ensayos	(*)			
5	Características constructivas					
5.1	Condición de uso	Interior			
5.2	Régimen	Semicontínuo			
5.3	Ancho	mm	≤ 220			
5.4	Largo	mm	≤ 90			
5.5	Profundidad	mm	≤ 50			
5.6	Peso	g	≤ 450			
6	Material					
6.1	Cubierta	Polycarbonato			
6.2	Pantalla	LCD			
7	Temperatura Ambiente					
7.1	Máximo	°C	50			
7.2	Mínimo	°C	-5			
8	Características de Medición					
8.1	Rango de Medición	mT	0.02 a 2			
8.2	Resolución	(*)			
8.3	Precisión	%	≤10			
8.4	Frecuencia	Hz	40 a 250			
8.5	Intervalo de medición	Seg	1			
9	Presentación de Datos					
9.1	Pantalla	LCD			
9.2	Digitos de Lectura	5			
9.3	Altura Mínima de los Dígitos	mm	8			
10	Características de la Sonda					
10.1	Dirección del Sensor	Triaxial			
10.2	Longitud Mínima del Cable	Mt	1			
10.3	Fuente de Alimentación	Batería y Fuente			
11	Garantía Mínima	Años	3			

(*) A Indicar por el Oferente

.....
Fecha de la oferta

.....

Nombre y firma del oferente

.....

sello

COMENTARIOS:

En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por