

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  
DEPARTAMENTO DE NORMATIVA  
EDENORTE DOMINICANA S.A.



CÓDIGOS

EDENORTE	1005796
FECHA	08/03/2012

MULTIMETRO CON AMPERÍMETRO DE GANCHO

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora	....	(*)		
2	Fabricante	....	(*)		
3	Marca	....	(*)		
4	Modelo	....	(*)		
5	País de origen	....	(*)		
6	Tipo	....	Amperimetro de gancho		
7	Norma de fabricación y ensayos	....	EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV		
8	Características Generales		Requerido		
8.1	Precisión Voltaje AC*		≤ 3.0%		
8.2	Precisión Corriente AC*		≤ 1.5%		
8.3	Precisión resistencia*		≤ 2.5%		
8.4	Rango voltaje.	V	0-600		
8.5	Rango corriente.	A	0-600		
8.6	Rango resistencia.	Ω	0-6 M Ω		
8.7	Temperatura operación.	°C	-20 a 60		
8.8	Auto apagado.	....	Si		
8.9	Auto ajustable.	....	Si		
8.10	Software de gestion de activos (conexion de datos)	....	Si		
8.11	Retención de datos (hold)	....	Si		
8.12	Protección en caso de transitorios	KV	≥ 6.5		
8.13	Medida de cargas no lineales	....	Verdadero valor eficaz(true RMS)		
8.14	Cuerpo	....	Plástico a prueba de impactos		
8.15	Pantalla	....	LCD con funcion de Retroiluminación		
9	Garantía	años	≥ 1		

(\*) A indicar por el oferente

Fecha de actualización: 17/04/18

.....  
Fecha de la oferta

.....  
Nombre y firma del oferente

.....  
Sello

COMENTARIOS:

- 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.