

23 de agosto de 2018

**EDENORTE DOMINICANA, S.A**

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
CIRCULAR No. (1)

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**EDN-LPN-16-2018**  
**ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA EDENORTE. SEGUNDA CONVOCATORIA**

El Comité de Compras y Contrataciones de **EDENORTE**, les informa que en el período desde el 06 al 17 de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recibimos la siguiente pregunta, la cual contiene su respectiva respuesta:

- 1. Para el producto 1003889 (Pinza amperimetro digital 600v) debe incluirse el NIST Certificate? El motivo de dicha pregunta es que puede variar el precio si incluye la certificación.**

**Respuesta:** Debe incluir la certificación ISO al igual que el manual como se indica en la ficha técnica.



EDENORTE DOMINICANA, S.A.  
V.O.1  
Alejandro Toribio  
Gerente de Compras